

**Anlage 1: Ausstattungslisten****INHALTSVERZEICHNIS**

1.	Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie.....	3
2.	Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (vormals Chirurgie) .....	3
3.	Allgemeinmedizin .....	4
4.	Anästhesiologie und Intensivmedizin.....	4
5.	Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie.....	5
6.	Augenheilkunde und Optometrie .....	5
7.	Frauenheilkunde und Geburtshilfe .....	6
8.	Gerichtsmedizin.....	6
9.	Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (vormals Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten) .....	6
10.	Haut- und Geschlechtskrankheiten.....	7
11.	Herzchirurgie.....	8
12.	Innere Medizin .....	8
13.	Innere Medizin und Angiologie.....	9
14.	Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie .....	9
15.	Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie .....	10
16.	Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie.....	10
17.	Innere Medizin und Kardiologie .....	11
18.	Innere Medizin und Nephrologie.....	11
19.	Innere Medizin und Pneumologie .....	12
20.	Innere Medizin und Rheumatologie.....	12
21.	Kinder- und Jugendchirurgie .....	12
22.	Kinder- und Jugendheilkunde.....	13
23.	Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin .....	14
24.	Klinische Immunologie (vormals Immunologie) .....	14
25.	Klinische Immunologie und spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin .....	14
26.	Klinische Mikrobiologie und Hygiene (vormals Hygiene u. Mikrobiologie) .....	14
27.	Klinische Mikrobiologie und Virologie .....	15
28.	Klinische Pathologie und Molekularpathologie (vormals Pathologie).....	15
29.	Klinische Pathologie und Neuropathologie.....	16
30.	Lungenkrankheiten.....	17
31.	Medizinische Genetik.....	18
32.	Medizinische und Chemische Labordiagnostik.....	18
33.	Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie .....	19

34.	Neurochirurgie.....	19
35.	Neurologie .....	19
36.	Nuklearmedizin .....	20
37.	Orthopädie und Orthopädische Chirurgie.....	20
38.	Orthopädie und Traumatologie.....	21
39.	Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation.....	21
40.	Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (vormals Plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie) .....	22
41.	Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin .....	22
42.	Radiologie .....	23
43.	Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin .....	23
44.	Strahlentherapie-Radioonkologie .....	24
45.	Thoraxchirurgie .....	24
46.	Transfusionsmedizin (vormals Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin) .....	24
47.	Unfallchirurgie .....	25
48.	Urologie.....	25

## 1. Allgemein Chirurgie und Gefäßchirurgie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Technische Einrichtung bzw. Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausrüstung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 - **Gefäßschwerpunkt**

- Arterien- und Venendoppler,
- Farbduplexsonographie.

## 2. Allgemein Chirurgie und Viszeralchirurgie (vormals Chirurgie)

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
- Ausstattung zum Wundmanagement.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausrüstung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 - **Gastroenterologischer Schwerpunkt**

- Endoskopie (wie z.B. Gastroskop, Coloskop, Proctoskop),
- Biopsiezangen,
- Polypektomieschlingen,
- Blutstillungsinstrumente.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausrüstung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 – **Gefäßschwerpunkt**

- Arterien- und Venendoppler,
- Farbduplexsonographie.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 - **operativer Schwerpunkt**

- Blutstillungsinstrumente;

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 - **proktologischer Schwerpunkt**

- Proctoskop;

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 - **Eingriffe in Narkose oder Analgosedierung**

- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (Pulsoxymeter, EKG bei Narkose),
- Defibrillator,
- Ausstattung zum speziellen Notfallmanagement.

### 3. Allgemeinmedizin

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht
- Ordinationsschild mit Nennung „(Ärztin/Arzt für) Allgemeinmedizin“ und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Otoskop,
- Reflexhammer,
- Blutzucker-Messmöglichkeit,
- Ausstattung für parenterale Medikamentengabe altersentsprechend,
- Ausstattung zum Wundmanagement und zu kleinen chirurgischen Eingriffen,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (z.B. Pulsoxymeter, EKG).

### 4. Anästhesiologie und Intensivmedizin

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
- neurologisches Untersuchungsinstrumentarium,

- EKG,
- Spirometer,
- Fachspezifisches Instrumentarium zur Sicherung der Atemwege (z.B. Laryngoskop, Endotrachealtuben).

## 5. Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- EKG,
- Spirometer,
- Audiometrieausstattung,
- Ergometrie/Fahrradergometer,
- Sehtestgerät,
- Luxmeter,
- Eichfähiges Schallpegelmessgerät.

## 6. Augenheilkunde und Optometrie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Augenspiegel (Ophthalmoskop),
- Skiaskop,
- Sehprobeneinrichtung mit Transparentsehprobe oder Sehzeichenprojektor,
- Messgläserkasten und Messbrille oder Phoropter,
- Spaltlampe (Biomikroskop),
- Biomikroskopielinsen,
- Applanationstonometer,
- Lenmeter,
- Perimeter,

- Instrumente für klein chirurgische Eingriffe inkl. lokaler und/oder Leitungs-Anästhesie, pseudoisochromatische Farbtafel,
- Stereoteststeinrichtung.

## 7. Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
  - Spekulum,
  - Ausstattung für parenterale Medikamentengabe;
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Untersuchungsstuhl mit Beleuchtung und Kolposkop,
- Elektro- oder Kryogerät, Kaustik,
- Ultraschallgerät,
- Ausstattung zur mikrobiologischen Probengewinnung,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring,
- Ausstattung zu chirurgischen Eingriffen inkl. lokaler und/oder Leitungs-Anästhesie,
- Ausstattung zum Wundmanagement.

## 8. Gerichtsmedizin

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
- Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
  - Technische Einrichtung zur Dokumentation und Speicherung der Befundaufnahme (Diktiergerät),
  - Fotoausrüstung zur Dokumentation relevanter Befunde;
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Maßband,
- Geeignete Utensilien zur fachgerechten Spurensicherung (DNA-freie Tupfer, Aqua destillata).

## 9. Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (vormals Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten)

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Ohrmikroskop, Gerätschaft zur Ohrspülung, Sauger, Stimmgabel, Frenzelbrille,
- Standard-Audiometer für Luftleitung, Knochenleitung jeweils mit Vertäubungsmöglichkeit,
- Sprachaudiometer bei Verordnung von Hörgeräten,
- Impedanzaudiometer für Tympanometrie und Stapediusreflexmessung
- Endoskope zur Untersuchung der Nase, der NNH, des Pharynx und Larynx,
- Ausstattung zur mikrobiologischen Probengewinnung.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausrüstung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 – **Phoniatrie**:

- Lupenlaryngoskop,
- Flexibles Fiberendoskop,
- Endo-Stroboskop jeweils mit Videodokumentation,
- Gerätschaft zur Grundfrequenzmessung.

## 10. Haut- und Geschlechtskrankheiten

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
- Ausstattung für parenterale Medikamentengabe;
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Instrumentenset,
- Mikroskop mit Dunkelfeld,
- mikrobiologisches Färbeset nur methylenblau,
- Auflichtmikroskop,
- Kaustik,
- Kryotherapie,
- Allergietestset,
- Ausstattung für kleine Eingriffe,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring,

- Ausstattung zur mikrobiologischen Probengewinnung,
- Phlebologische Verbände.

## 11. Herzchirurgie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

## 12. Innere Medizin

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
  - Ausstattung für parenterale Medikamentengabe;
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Defibrillator;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- 12-Ableitungs-EKG,
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (inkl. Pulsoxymeter),
- Labor-Ausrüstung für Sofortlabor (z.B. POCT).

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausrüstung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 – **Gastroenterologie**

- Videoendoskopie des oberen und unteren Gastrointestinaltraktes,
- Biopsiezangen,
- Polypektomieschlingen,
- Diathermie,
- Blutstillungsinstrumente (Nadeln, Clip).
- 12-Ableitungs-EKG
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (inkl. Pulsoxymeter)
- Labor-Ausrüstung für Sofortlabor (z.B. POCT)

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausrüstung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 – **Kardiologie**



- Ergometrie,
- Transthorakale Echokardiographie incl. PW-, CW- und Farbdoppler,
- Holter-EKG,
- 24-h Blutdruckmessgerät,
- 12-Ableitungs-EKG,
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (inkl. Pulsoxymeter),
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor (z.B POCT).

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 –**Endokrinologie** sowie **Rheumatologie** entsprechen der fachspezifischen Ausstattung Innere Medizin

- 12-Ableitungs-EKG,
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (inkl. Pulsoxymeter),
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor (z.B POCT).

### 13. Innere Medizin und Angiologie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Defibrillator;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- 12-Ableitungs-EKG,
- Ergometrie,
- Echokardiographie,
- Holter-EKG,
- Ultraschall mit PW- und Farbdopplersonographie,
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (inkl. Pulsoxymeter),
- Digitale Photoplethysmographie,
- ABI-Messung mit Dopplersonde oder Oszillographen.

### 14. Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement:

- Defibrillator;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- 12-Ableitungs-EKG,
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (inkl. Pulsoxymeter),
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor.

## **15. Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Defibrillator;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- 12-Ableitungs-EKG,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (inkl. Pulsoxymeter),
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor,
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie,
- Videoendoskopie des oberen und unteren Gastrointestinaltraktes,
- Biopsiezangen,
- Polypektomieschlingen,
- Diathermie (für Schlingenabtragung),
- Blutstillungsinstrumente (Nadeln, Clip).

## **16. Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Defibrillator;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- 12-Ableitungs-EKG,
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring,
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor.

## **17. Innere Medizin und Kardiologie**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Defibrillator;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- 12-Ableitungs-EKG,
- Ergometrie,
- Transthorakale Echokardiographie incl. PW-, CW- und Farbdoppler,
- 24 Std-Blutdruck-Messgerät,
- Holter-EKG,
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (inkl. Pulsoxymeter),
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor.

## **18. Innere Medizin und Nephrologie**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Defibrillator;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- 12-Ableitungs-EKG,
- Mikroskop,
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring,
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor.

## 19. Innere Medizin und Pneumologie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
  - Pulsoxymeter,
  - Ausstattung für parenterale Medikamentengabe;
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Defibrillator;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Spirometrieinheit,
- Blutgasanalysegerät,
- Allergietestset,
- Inhalatoren,
- 12-Ableitungs-EKG,
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor,
- Ausstattung zur mikrobiologischen Probengewinnung
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (inkl. Pulsoxymeter)
- Ambulantes Polygrafiegerät
- Ganzkörperplethysmographie-Gerät plus DLCO (Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität)

## 20. Innere Medizin und Rheumatologie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Defibrillator;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- 12-Ableitungs-EKG,
- Ultraschallgerät mit PW- und Farbdopplersonographie,
- Ausstattung für parenterale Medikamentengabe,
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring.

## 21. Kinder- und Jugendchirurgie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Altersentsprechende Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Laborausstattung für Akutlabor,
- Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
- Ausstattung zu kleinen chirurgischen Eingriffen inkl. lokaler und/oder Leitungs-Anästhesie,
- Ausstattung zum Wundmanagement,
- Wärmeeinrichtung,
- Ausstattung für parenterale Medikamentengabe altersentsprechend,
- Pulsoxymeter.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. QS-VO 2023- **kleine ambulante Chirurgie**

- Vergrößerungseinrichtung (z.B. Lupenbrille),
- Anästhesieeinrichtung (Intubations-, Beatmungsmöglichkeit, gegebenenfalls Narkosegerät, etc.),
- Instrumentensets,
- Kaustik,
- EKG.

## 22. Kinder- und Jugendheilkunde

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
  - Ausstattung für parenterale Medikamentengabe altersentsprechend;
- Ausstattung für altersentsprechendes Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Otoskop,
- Stethoskop
- EKG
- Spirometer,
- Akutlabor (inkl. Blutbild, Harndiagnostik)
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring (inkl. Pulsoxymeter),
- Ausstattung zur Austestung von Allergien,
- Ausstattung zur mikrobiologischen Probengewinnung.

- Einrichtung zum Messen der Körpergröße, des Körpergewichts und des Kopfumfanges
- Kühltisch mit Minimum/Maximum Thermometer für Impfstoffe
- Sonographie - Gerät für den Hüftultraschall
- Wickeltisch

### **23. Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für altersentsprechendes Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

### **24. Klinische Immunologie (vormals Immunologie)**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement (Notfallkoffer, Defibrillator),
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

### **25. Klinische Immunologie und spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement (Notfallkoffer, Defibrillator),
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Komplettes Blutabnahmebesteck (Vacutainer-System), sämtliche Impfstoffe für In- und Auslandsaufenthalte,
- Virusdichte (FFP3) Verbrauchsmaterialien, Schutzausrüstung zur Vermeidung von Kontaminationen und Erregertransmissionen,
- Ausstattung zur Akutdiagnostik von Tropenerkrankungen, Akutdiagnostik Blutbild.

### **26. Klinische Mikrobiologie und Hygiene (vormals Hygiene u. Mikrobiologie)**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Probenidentifikationssystem(e),
- Möglichkeit zur Anzucht und Identifikation von Keimen und deren morphologischer Beurteilung (Mikroskop, Färbemöglichkeit, kalibrierte Ösen, Brutschränke),
- Labor-EDV mit Datensicherung an Arbeitstagen,
- Analysensystem(e) für die Infektionsserologie,
- Analysensystem(e) für die Molekularbiologie.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023- **Patientenkontakt**

- Einrichtung zur Durchführung von Blutabnahmen und zur Gewinnung von klinischem Untersuchungsmaterial (Stuhl, Harn, Abstriche);

## 27. Klinische Mikrobiologie und Virologie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Probenidentifikationssystem(e),
- Möglichkeit zum Nachweis und zur Identifikation von Erregern, deren morphologische Beurteilung (Mikroskop, Färbemöglichkeit, Brutschränke) und für deren antigene und genetische Charakterisierung,
- Labor-EDV mit Datensicherung an Arbeitstagen,
- Analysensystem(e) für die Infektionsserologie,
- Analysensystem(e) für die Molekularbiologie.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023- **Patientenkontakt**

- Einrichtung zur Durchführung von Blutabnahmen und zur Gewinnung von klinischem Untersuchungsmaterial (Stuhl, Harn, Abstriche).

## 28. Klinische Pathologie und Molekularpathologie (vormals Pathologie)

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 — **histologische Diagnostik**

- Herausschneideplatz,
- Ausgießstation,
- Schneideplatz mit Schlitten- und/oder Rotationsmikrotom,
- Färbepplatz,
- Befundmikroskop,
- Wasseranschluss und Abzugseinrichtung für toxische Dämpfe (Formalin).

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 - **zytologische Untersuchungen**

- Färbereinrichtung,
- Zytozentrifuge,
- Screening und Befundmikroskopie.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023- **mikrobiologische Untersuchungen**

- Laminar Airflow zum Verarbeiten der Proben,
- Brutschränke,
- Mikroskop,
- Färbereinrichtung.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. QS-VO 2023- **Gefrierschnitte**

- Herausschneideplatz,
- Gefrierschnittmikrotom (Kryocut),
- Färbepplatz,
- Mikroskopierplatz.

## **29. Klinische Pathologie und Neuropathologie**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.



Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 — **histologische Diagnostik**

- Herausschneideplatz,
- Ausgießstation,
- Schneideplatz mit Schlitten- und/oder Rotationsmikrotom,
- Färbeplatz,
- Befundmikroskop,
- Wasseranschluss und Abzugseinrichtung für toxische Dämpfe (Formalin).

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 - **zytologische Untersuchungen**

- Färbereinrichtung,
- Zytocentrifuge,
- Screening und Befundmikroskopie.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 - **mikrobiologische Untersuchungen**

- Laminar Airflow zum Verarbeiten der Proben,
- Brutschränke,
- Mikroskop,
- Färbereinrichtung.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 – **Gefrierschnitte**

- Herausschneideplatz,
- Gefrierschnittmikrotom (Kryocut),
- Färbeplatz,
- Mikroskopierplatz.

### **30. Lungenkrankheiten**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Pulsoximeter,
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Defibrillator;
  - Ausstattung für inhalative und parenterale Medikamentengabe.
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
  - Ausstattung zur Ansicht radiologischer Bilddateien (PC)
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Spirometer,

- Blutgasanalysegerät,
- Allergietestset,
- Ausstattung zur Sauerstoffgabe,
- EKG,
- Röntgenaufnahmegerät und/oder Röntgendurchleuchtung,
- Labor-Ausstattung für Sofortlabor,
- Ausstattung zur mikrobiologischen Probengewinnung,
- Ganzkörperplethysmographie-Gerät, DLCO (Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität) wenn Kassenleistung,
- Ambulantes Polygraphiegerät.

### **31. Medizinische Genetik**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Einrichtung zur Blutabnahme

### **32. Medizinische und Chemische Labordiagnostik**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Einrichtung zur Durchführung von Blutabnahmen,
- Labor-EDV mit Datensicherung an Arbeitstagen,
- Probenidentifikationssysteme,
- Counter mit positivem Probenidentifikationssystem,
- Mikroskop,
- Färbemöglichkeit,
- Gerinnungsanalysator,
- voll mechanisierte Analysatoren mit positiver Probenidentifikation,
- Elektrophoresegeräte,
- Analysatoren mit positiver Probenidentifikation für immunmetrische Messverfahren (z.B. Blutgruppenserologie richtlinienkonform),

- Möglichkeiten zur Anzüchtung und Identifikation von Keimen und deren morphologischer Beurteilung (Mikroskop, Färbemöglichkeit, kalibrierte Ösen, Brutschränke etc.),
- Möglichkeit zur zytologischen Verarbeitung (z.B. Mikroskop, Zytospin, Färbung etc.),
- Gerätschaft zur Bestimmung von Antikörpern und Antigenen.

### 33. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Stethoskop,
  - RR-Messgerät,
  - Taschenlampe/Diagnoselampe;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Ausrüstung zur Abdrucknahme für Modellherstellung oder Scanner,
- Ausstattung zu chirurgischen Eingriffen (inkl. Bohr- und Fräsgerät, Kauter) inkl. lokaler und/oder Leitungs-Anästhesie,
- Ausstattung zum Wundmanagement,
- Ausstattung zur Betrachtung von analogen oder digitalen Röntgenbildern.
- Ausstattung zur analogen oder digitalen Dokumentation
- Ausstattung zur Reinigung und Desinfektion oder Sterilisation von Instrumenten

### 34. Neurochirurgie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Stimmgabel,
- Reflexhammer.

### 35. Neurologie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Reflexhammer,
- Vorrichtung zur Prüfung von Schmerz und Oberflächensensibilität,
- Frenzelbrille,
- Stimmgabel.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023- **Neurophysiologie**

- EMG/ENG,
- EEG.

### 36. Nuklearmedizin

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Stethoskop,
  - RR-Messgerät;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Zur Feinnadelaspiration notwendige Gerätschaften (sterile Nadeln, Objektträger, etc.);

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende freiwillige fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023- **Schwerpunkt Thyreologie**

- small parts Ultraschall;

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende freiwillige fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 – **Schwerpunkt Nuklearmedizinische Bildgebung**

- small parts Ultraschall,
- Gammakamera.

### 37. Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Möglichkeit zur Versorgung mit ruhigstellenden oder korrigierenden Verbänden, Orthesen, Prothesen, Heilbehelfen,
- Sonographiemöglichkeit,
- Funktionsmessinstrumentarium (Goniometer, flexibles Maßband, Beleuchtung, Reflexhammer),
- Ausstattung zur parenteralen Medikamentenverabreichung,
- Ausstattung zum Wundmanagement,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring,
- Ausstattung zur mikrobiologischen Probengewinnung,
- Ausstattung zu kleinen chirurgischen Eingriffen inkl. lokaler und/oder Leitungs-Anästhesie.

### **38. Orthopädie und Traumatologie**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Möglichkeit zur Versorgung mit Orthesen, Heilbehelfen,
- Funktionsmessinstrumentarium (Goniometer, flexibles Maßband, Beleuchtung, Reflexhammer).

### **39. Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
  - Reflexhammer,
  - Textiles Maßband zur Umfangmessung;
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für Bewegungstherapie,
- Höhenverstellbare Liege, Hocker, Zugang zu Sprossenwand, Therapiespiegel,
- Therapiehilfsmittel (z.B. Therapiebänder, Therapiekreisel, Hantel, Pezzibälle, Holzstäbe, Bodenmatte),
- Ultraschalltherapiegerät inklusive Zubehör,
- Elektrotherapiegerät inklusive Zubehör,
- Möglichkeit für Packungsbehandlung inklusive Zubehör,
- Möglichkeit für Massagebehandlung inklusive Zubehör.

#### **40. Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (vormals Plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie)**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
- Ausstattung zu chirurgischen Eingriffen inkl. lokaler und/oder Leitungs-Anästhesie Untersuchungsleuchte,
- Kaustik,
- Instrumentenset.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 – **Eingriffe in Narkose oder Analgosedierung**

- Pulsoxymeter,
- Ausstattung zum speziellen Notfallmanagement.

#### **41. Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Reflexhammer,
- Messeinrichtung für Körpergröße und Gewicht,
- Taschenlampe (Diagnoselampe).

## 42. Radiologie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - RR-Messgerät
  - Ausstattung für spezielles Notfallmanagement bei Kontrastmittelnotfällen
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung „Fachärztin/Facharzt für Radiologie“ und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Technische Ausstattung zur bildgebenden Diagnostik (z.B. Röntgendurchleuchtung),
- Ultraschallgerät (abdominell, small parts, vascular),
- Röntgenaufnahmetisch und Wandstativ,
- Befundungsmonitore (bzw. Röntgenschaukasten bei analogem Röntgen),
- Ausstattung zur parenteralen Medikamentenverabreichung.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende freiwillige fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 - **Schwerpunkt Mammographieuntersuchung**

- Mammographiegerät

## 43. Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement (Notfallkoffer, Defibrillator),
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Komplettes Blutabnahmebesteck (Vacutainer-System), sämtliche Impfstoffe für In- und Auslandsaufenthalte,
- Virusdichte (FFP3) Verbrauchsmaterialien, Schutzausrüstung zur Vermeidung von Kontaminationen und Erregertransmissionen,
- Ausstattung zur Akutdiagnostik von Tropenerkrankungen, Akutdiagnostik Blutbild.

#### 44. Strahlentherapie-Radioonkologie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

#### 45. Thoraxchirurgie

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

#### 46. Transfusionsmedizin (vormals Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin)

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status,
- Ausstattung für Notfallmanagement:
  - Taschenlampe/Diagnoselampe;
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Temperaturüberwacher Kühlschrank,
- Labor-EDV mit Datensicherung,
- Probenidentifikationssysteme,
- Pipetten- oder automatischen Probeverteiler,
- Röhren- bzw. Arbeitsplatzeinrichtungen für Säulenagglutinationstest,
- Inkubator bzw. Wasserbad,
- Zentrifugen: je nach verwendeter Technik Röhren-, Karten- oder Mikrotiterplattenzentrifugen,
- Ableseeinrichtung mit Lichtquelle,
- Laborwaschbecken, evtl. mit Absaugpumpe.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausrüstung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 – **Molekularbiologie**

- DNA-Präparationsplatz,
- Fotometer,



- Thermocycler,
- Gelwannensystem (Geltrays, Gelgießstände, Elphorkammern),
- Gelkocher.

Von der ÖÄK empfohlene dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 - **HLA serologisch und molekularbiologisch**

- Vortex, ev. Magnetrührer,
- Fluoreszenzmikroskop,
- Serumdispenser, Öldispenser, Mikroliter-Dispensoren,
- DNA-Präparationsplatz,
- Fotometer,
- Thermocycler,
- Gelwannensystem (Geltrays, Gelgießstände, Elphorkammern),
- Gelkocher.

Von der ÖÄK empfohlene dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Spezialisierungsausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023 – **Therapeutische Apheresen**

- Zell- bzw. Plasmaseparator,
- Hochfrequenzschweißgerät,
- Zellzählgerät.

#### **47. Unfallechirurgie**

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Möglichkeit zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC);
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Möglichkeit zur Versorgung mit ruhigstellenden oder korrigierenden Verbänden, Orthesen, Prothesen, Heilbehelfen,
- Sonographiemöglichkeit,
- Funktionsmessinstrumentarium (Goniometer, flexibles Maßband, Beleuchtung, Reflexhammer),
- Ausstattung zur parenteralen Medikamentenverabreichung,
- Ausstattung zum Wundmanagement,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring,
- Ausstattung zur mikrobiologischen Probengewinnung,
- Ausstattung zu kleinen chirurgischen Eingriffen inkl. lokaler und/oder Leitungs-Anästhesie.

#### **48. Urologie**

## Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
  - Technische Einrichtung zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
  - Ausstattung für parenterale Medikamentengabe;
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
  - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

## Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Möglichkeit zur Abstrichuntersuchung,
- Mikroskop,
- (Tisch-)Zentrifuge (Harnsediment),
- Untersuchungstisch (Steinschnittlagerung),
- Endoskopieausrüstung,
- Ausstattung zu chirurgischen Eingriffen inkl. lokaler und/oder Leitungs-Anästhesie,
- Inkubator (bakteriologische Untersuchung),
- Ultraschallgerät,
- Bilddokumentation,
- Harnflussmessung (Uroflowmeter, Durchfluss oder Waageprinzip),
- Harnanalysegerät,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring.